

Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym

Dot. postępowania przetargowego nr ZPCLOR 2/2017 na dostawę automatycznego systemu optycznego wraz z układem trawienia oraz oprogramowaniem, przeznaczonego do analizy detektorów śladowych

Odpowiedzi na pytania zadane dnia 16.10.2017r:

Pytanie 1

W SIWZ p. 4 wymagany jest termin realizacji do 8 tygodni od udzielenia zamówienia, natomiast w umowie w §3 p. 1 wpisany jest termin do 10 tygodni od daty podpisania umowy. Prosimy o wyjaśnienie jaki termin jest właściwy.

Odpowiedź

Zapis w §3 p. 1 stanowi błąd edytorski. Wymaganym terminem dostawy jest 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Pytanie 2

W umowie w §4 p. 1 wpisany jest termin gwarancji 12 miesięcy. Natomiast SIWZ przewiduje możliwość zaoferowania różnych terminów gwarancji, których długość jest punktowana. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający ustala minimalny okres gwarancyjny wynoszący 12 miesięcy, zgodnie z zapisem pkt 3 ppkt 3 SIWZ. Dodatkowej punktacji podlega okres gwarancji ponad 12 miesięcy.

Pytanie 3

W SIWZ p. 6 wymagane jest załączenie tłumaczenia tekstów sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Czy Zamawiający dopuści również tłumaczenie wykonane przez wykonawcę. Obecnie taka forma tłumaczenia jest akceptowana w postępowaniach o zamówienie publiczne.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza złożenie tłumaczeń wykonanych przez Wykonawcę. Zastrzega sobie prawo dostarczenia, na żądanie tłumaczeń przysięgłych na etapie oceny złożonych ofert.